Formschaum Gronau GmbH

Die Profis in Sachen Formschaum ...

FSG

Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall

1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.

2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.

3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.

4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.

5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.

CROATIA

Upute za upotrebu FSG pjene za uzimanje otiska

1. Svrsishodna odredba:
FSG pjena za uzimanje otiska potrebna je stručnom osoblju u tehnologiji izrade ortopedskih cipela, kako bi se napravili otisci stopala. Na temelju dijagnoze liječnika, ortopedski tehničar pravi negativ stopala. Ortopedski tehničar onda ovaj negativ može dalje da obrađuje pomoću različitih postupaka. Od gipsa ili tekuće smole može da izradi pozitiv, ili da pomoću otiska utvrdi preciznu anatomiju ili istaknuta mjesta na stopalu. Također postoji mogućnost da se otisak stopala skenira i da se dalje obrađuje pomoću posebnog softvera. Pri tome mora da se obrati pažnja na podatke proizvođača skenera i isporučioca skenera. U većini slučajeva se izrađuje uložak, ali postoje i druge mogućnosti, kao što je primjerice izrada individualne cipele po mjeri. Kombinacija s drugim proizvodima nije predviđena.

2. Skladištenje:
FSG pjena za uzimanje otiska mora da se skladišti na suhom mjestu, idealni sobni uvjeti su temperature između 18° i 24° C i relativna vlaga zraka između 55% i 65%. Ne može se preuzeti odgovornost za kvalitetu proizvoda i njegovu funkcionalnost ako se on ne pohranjuje pod ovim uvjetima. Oštećene ili mokre kutije s pjenom za uzimanje otiska moraju biti izdvojene. Kutije za pakiranje moraju se skladištiti uspravno, položeno skladištenje nije predviđeno. Maksimalno 4 kutije smiju da se slože jedna na drugu.

3. Korištenje:
FSG pjenu za uzimanje otiska smije da primjenjuje samo edukovano stručno osoblje. Korisnik bi pri tome, radi vlastite zaštite, trebalo da nosi rukavice za jednokratnu uporabu. Odredbe za zaštitu na radu moraju da se poštivati. FSG pjena za uzimanje otiska namijenjena je samo za vanjsku primjenu i za jednokratnu uporabu. Pacijent samo jednom smije da zgazi na podlogu od pjene. FSG pjena za uzimanje otiska mora da bude suha i neoštećena. Stopalo pacijenta mora da bude čisto, nenamazano kremom i bez ozljeda i infekcija. Ako je potrebno, mora se koristiti sterilna folija ili zavoj za rane radi pokrivanja stopala. Mora da se izbjegne kontakt FSG pjene za uzimanje otiska ili njenih istrošenih dijelova sa sluzokožama. Prije uporabe mora da se utvrdi da je upotrijebljena varijanta adekvatna vrsta za planiranu primjenu. Edukovani stručni tehničar određuje neophodnu pjenu za otisak u skladu sa njenom primjenom. FSG pjena za uzimanje otiska mora da bude otklopljena i položena na čvrstu, horizontalnu i ravnu površinu. Korisnik mora da postavi stopalo tako da otisak ostane u sredini. Ako se ostavlja otisak pod punim opterećenjem (iz stojećeg položaja) morate se pobrinuti da pacijent sigurno stoji, odnosno da se podupre. Provjerite upotrebljivost otiska, po potrebi ponovite sa novim kompletom pjene za uzimanje otiska. Ostaci pjene na stopalu iz higijenskih razloga moraju odmah da se uklone. FSG pjenu za uzimanje otiska sa uzetim otiskom spremite zasebno.

4. Rok trajanja:
FSG pjena za uzimanje otiska ne smije da se skladišti duže od 36 mjeseci. Promjene boje nemaju nikakav uticaj na funkciju pjene. Datum otisnut na ambalaži proizvoda prikazuje datum isteka. Nakon tog datuma pjena se više ne smije koristiti. Utisnuti datum je također broj šarže. Datum na naljepnici ambalaže za otpremnicu nakon simbola „sat". prikazuje datum isteka (mjesec). Nakon ovog datuma, pjena se više ne može koristiti. Datum LOT je i broj serije.

5. Odlaganje:
FSG pjena za uzimanje otiska odlaže se na otpad uz ostalo smeće, kartonska ambalaža se predaje na reciklažu starog papira. Kontaminirana pjena za uzimanje otiska i eventualno ambalaža moraju da se odlože na otpad onako kako nalaže vrsta nečistoće, zatim lokalni kao i zakonski propisi za odlaganje na otpad.

CopyMeister® DAS ORIGINAL

MD Class I

GEPRÜFT NACH DIN ISO 10993

REACH

FCKW-FREI

Formschaum Gronau GmbH
Marie-Curie-Str. 18 · D-48599 Gronau
Telefon +49 (0) 25 62 / 90 767 60
Telefax +49 (0) 25 62 / 90 767 66
orders@formschaum-gmbh.de
www.formschaum-gmbh.de