Formschaum Gronau GmbH

Die Profis in Sachen Formschaum ...

FSG

Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall

1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.

2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.

3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.

4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.

5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.

SLOVAKIA

Návod na použitie odtlačkovej peny FSG

1. Účel použitia:
Odtlačkovú penu FSG potrebuje odborný personál v ortopedickej technike na vytvorenie odtlačkov chodidiel. Ortopedický technik vytvorí na základe diagnózy lekára formu negatívu nohy. Túto formu negatívu môže ortopedický technik ďalej spracúvať rôznymi postupmi. Pomocou sadry alebo odlievacej živice môže vyhotoviť pozitív alebo na základe odtlačku stanoviť presnú anatómiu alebo prominentné miesta chodidla. Rovnako existuje možnosť naskenovania odtlačku nohy a ďalšieho spracovania pomocou špeciálneho softvéru. Pritom je potrebné dodržiavať údaje výrobcu skenera a dodávateľa softvéru. Vo väčšine prípadov sa vytvorí vložka. Existuje aj viacero možností, ako napr. výroba individuálnej obuvi na mieru. Kombinácia s inými výrobkami nie je určená.

2. Skladovanie:
Odtlačkovú penu FSG je potrebné skladovať na suchom mieste. Ideálnymi priestorovými podmienkami sú teploty medzi 18 °C a 24 °C a relatívna vlhkosť vzduchu medzi 55 % a 65 %. Za kvalitu výrobku a funkčnosť nepreberáme pri skladovaní mimo týchto podmienok žiadnu zodpovednosť. Poškodené alebo vlhké škatule s odtlačkovými penami je potrebné vyradiť. Odosielané kartóny sa musia skladovať nastojato. Skladovanie naležato nie je určené. Na sebe je možné skladovať maximálne 4 kartóny.

3. Použitie:
Odtlačkovú penu môže používať iba vyškolený odborný personál. Používateľ by mal pritom na vlastnú ochranu nosiť jednorazové rukavice. Ustanovenia o bezpečnosti práce sa musia dodržiavať. Odtlačková pena FSG je vhodná iba na vonkajšiu aplikáciu a na jednorazové použitie. Pacient smie vstúpiť na dosku s penou iba raz. Odtlačková pena FSG musí byť suchá a nepoškodená. Noha pacienta musí byť čistá, nenakrémovaná, bez zranení a infekcií. Príp. sa musí použiť sterilná fólia alebo obväz na pokrytie nohy. Zabráňte kontaktu odtlačkovej peny FSG so sliznicami alebo jej odieraniu o sliznice. Pred použitím sa musí zaistiť, aby bol použitý variant vhodným druhom pre použitie. Zaškolený odborný operátor určuje potrebnú odtlačkovú penu na základe jej použitia. Odtlačková pena FSG musí byť vyklopená a musí sa nachádzať na pevnej, vodorovnej a rovnej ploche. Nohu musí nastaviť používateľ, aby sa docielil centrovaný odtlačok. Pri plne zaťaženom odtlačku (v stoji) je potrebné zabezpečiť bezpečné státie pacienta, príp. ho podoprieť. Skontrolujte použiteľnosť odtlačku, príp. opakujte proces s novým párom odtlačkovej peny. Zvyšky peny na chodidle je potrebné z hygienických dôvodov okamžite odstrániť. Odtlačkovú penu FSG s odtlačkom skladujte oddelene.

4. Trvanlivosť:
Odtlačková pena FSG sa nesmie skladovať dlhšie ako 36 mesiacov. Farebné zmeny nemajú vplyv na funkciu peny. Vytlačený dátum na obale výrobku zobrazuje dátum trvanlivosti. Po tomto dátume sa pena už nesmie použiť. Dátumová pečiatka je aj číslo šarže. Dátum na obale prepravnej jednotky za symbolom „presýpacie hodiny“ zobrazuje dátum vypršania platnosti (mesiac). Po tomto dátume sa pena už nemôže používať. Dátum šarže je tiež číslo šarže.

5. Likvidácia:
Odtlačková pena FSG sa likviduje vo zvyšnom odpade, kartóny sa odovzdávajú na recykláciu zberového papiera. Kontaminovaná odtlačková pena a príp. obal sa musia likvidovať tak, ako stanovuje druh znečistenia a ako určujú miestne a zákonné predpisy na likvidáciu.

CopyMeister® DAS ORIGINAL

MD Class I

GEPRÜFT NACH DIN ISO 10993

Formschaum Gronau GmbH
Marie-Curie-Str. 18 · D-48599 Gronau
Telefon +49 (0) 25 62 / 90 767 60
Telefax +49 (0) 25 62 / 90 767 66
orders@formschaum-gmbh.de
www.formschaum-gmbh.de